

仕 様 書（物品）

品 名	自動体外式除細動器(AED)			
数 量	1台			
納 入 場 所	松阪市立第五小学校			
納 入 期 限	令和3年2月19日			
メーカー(製造会社)及び 品 番 等 の 銘 柄 指 定	有 <input checked="" type="radio"/> 無	メーカー名等(製造会社名)	品 番	
規 格	仕様詳細	AED本体	①AED本体及び電極パッドは薬事法の承認を受けており、非医療従事者の使用が認められる機器であること	
			②出力エネルギーはエスカレーション方式を採用していること	
			③電極パッドとバッテリーは一体型も可とするが、有効期限はいずれも4年以上とする	
			④使用可能時や異常時にはランプ点灯等により目視でも容易に機器の状態が判断できる機能を備えること	
			⑤キャリングケースに収納した状態でも操作が可能であること	
			⑥耳マークを取得した機器であること	
			⑦本体の耐用年数は8年以上とし、製造メーカーによる本体保障も8年以上あること	
	付属品		成人用電極パッド(有効期限4年以上):1組	
			バッテリー:(有効期限4年以上):1組	
			キャリングケース:1個	
			レスキューセット(万能ハサミ、除毛用カミソリ、人口呼吸用マスク、使い捨て手袋、ガーゼ、収納ポーチ):1組	
	その他		AED操作・取扱説明書	
			電極パッドとバッテリーは保証期間中の定期交換分及び、緊急使用時も保証期間内は回数制限無く無償で供給すること	
参 考 事 項	色			
	環 境 配 慮 事 項			
	当該仕様書の作成で参考としたもの又は対象品			
		メーカー名等(製造会社名)	品 番	
事 前 承 認 の 有 無	<input checked="" type="radio"/> 有	① ヤガミ	サマリタンPAD 350P(5230800)	
	<input type="radio"/> 無	※上記参考事項の物以外で見積る場合、入札書提出以前に担当課で「同等品承諾願書」にて承諾を得てください。事前承諾が認められない場合、入札書が無効となる場合があります。		
承 認 の 方 法		見本提示		
	<input type="radio"/>	カタログ提示		
		その他()		
そ の 他 (特 記 事 項)		・高度管理医療機器等販売業の許可を有していること。【入札参加申請時に併せて高度管理医療機器等販売業許可証の写しを契約監理課調達係までFAXで送付すること。(FAX番号0598-22-3533)。なお、申請書提出期間内に到着しなければ、入札に参加できない。】 ・入札価格(税抜)には、運搬・荷造費を含めること。 ・ここに定めのない仕様の詳細については落札業者決定後、教育委員会事務局と協議して決めることとする。		
連 絡 先		松阪市教育委員会事務局 教育総務課 河合 TEL:53-4381		

※ 見積の場合、この文書中の「入札書」とあるものは「見積書」と読み替えます。